

お知らせ

INFORMATION

No.2013-31

2013 年 11 月

病体生理研究所

細胞表面マーカー検査の測定試薬変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、細胞表面マーカー検査に使用しております一部試薬が、試薬メーカー『ダコ・ジャパン(株)』による自主回収となる旨、検査委託先より連絡がありました。

自主回収理由は、海外での品質管理試験では問題がないと確認されていますが、日本の承認申請の記載内容が一部未実施であることと PMDA(国立行政法人医薬品医療機器総合機構)より発表されております。

つきましては急ではございますが、下記項目について代替試薬でのご案内をさせていただきます。

尚、この試薬変更による基準値等、検査要項の変更はございません。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【測定試薬変更について】

◆ 悪性リンパ腫解析検査 (MLA) CD45 ゲーティング [15201] …P72






◆ CD38 マルチ解析 (多発性骨髄腫解析検査) [17038] …P72

《変更日》2013 年 10 月 21 日 (月) ご依頼分よりすでに変更済みとなっております。

◆ 白血病・リンパ腫解析検査 (LLA) CD45 ゲーティング [15200] …P72

《変更日》2013 年 10 月 22 日 (火) ご依頼分よりすでに変更済みとなっております。

* 相関データ



以上