

お知らせ

INFORMATION



No.2014-03

2014年1月

病体生理研究所

検査内容の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目につきまして、検査内容の変更をさせていただきます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【検査内容の変更について】

- ◆ 抗 RNP 抗体 [15363]
- ◆ 抗 Sm 抗体 [15364]
- ◆ 抗 SS-A/Ro 抗体 [14947]
- ◆ 抗 SS-B/La 抗体 [14948]
- ◆ 抗 Scl-70 抗体 [12895]
- ◆ 抗 Jo-1 抗体 [15365]
- ◆ 抗ミトコンドリア M2 抗体 [12702]

《変更日》2014年3月31日（月）受付分より変更

【検査内容の変更について】

検査項目〔コード〕 検査案内P	変更箇所	新	旧	備考
抗RNP抗体 〔15363〕 P.48	検査方法	CLEIA	ELISA	＊ 検査試薬変更に伴う測定法変更のため。 ＊ 判定保留域(±)の報告はありません。 ＊ 基準値変更に伴う識別として「新！」の表示を行います(1年間)。
	基準値	(-) 10.0 未満	(-)15.0 未満	
	単位	U/mL	Index	
	コメント表示	新！	—	
抗Sm抗体 〔15364〕 P.48	検査方法	CLEIA	ELISA	
	基準値	(-) 10.0 未満	(-)7.0 未満	
	単位	U/mL	Index	
	コメント表示	新！	—	
抗SS-A/Ro抗体 〔14947〕 P.48	検査方法	CLEIA	ELISA	
	単位	(-) 10.0 未満 U/mL	(-)10.0 未満 Index	
	コメント表示	新！	—	
抗SS-B/La抗体 〔14948〕 P.48	検査方法	CLEIA	ELISA	
	基準値	(-) 10.0 未満	(-)15.0 未満	
	単位	U/mL	Index	
	コメント表示	新！	—	
抗Scl-70抗体 〔12895〕 P.48	検査方法	CLEIA	ELISA	
	基準値	(-) 10.0 未満	(-)16.0 未満	
	単位	U/mL	Index	
	コメント表示	新！	—	
抗Jo-1抗体 〔15365〕 P.48	検査方法	CLEIA	ELISA	
	基準値	(-) 10.0 未満	(-)9.0 未満	
	単位	U/mL	Index	
	コメント表示	新！	—	
抗ミトコンドリア M2抗体 〔12702〕 P.48	単位	Index	—	内部処理化のため。基準値の変更はございません。
	所要日数	3～5 日	4～6 日	

* 一致率 (従来法の(±:判定保留)を陰性に集計した場合の一致率)

抗 RNP 抗体

判定		従来法			
		(+)	(±)	(-)	計
新法	(+)	5	0	1	6
	(-)	1	1	22	24
	計	6	1	23	30

全体一致率:93.3 % (28/30)

陽性一致率:83.3 % (5/6)

陰性一致率:95.8 % (23/24)

抗 Sm 抗体

判定		従来法			
		(+)	(±)	(-)	計
新法	(+)	1	0	3	4
	(-)	2	2	22	26
	計	3	2	25	30

全体一致率:83.3 % (25/30)

陽性一致率:33.3 % (1/3)

陰性一致率:88.9 % (24/27)

抗 SSA/Ro 抗体

判定		従来法			
		(+)	(±)	(-)	計
新法	(+)	9	2	1	12
	(-)	0	2	16	18
	計	9	4	17	30

全体一致率:90.0 % (27/30)

陽性一致率:100.0 % (9/9)

陰性一致率:85.7 % (18/21)

抗 SSB //La 抗体

判定		従来法			
		(+)	(±)	(-)	計
新法	(+)	4	0	3	7
	(-)	0	1	22	23
	計	4	1	25	30

全体一致率:90.0 % (27/30)

陽性一致率:100.0 % (4/4)

陰性一致率:88.5 % (23/26)

抗 Scl-70 抗体

判定		従来法			
		(+)	(±)	(-)	計
新 法	(+)	7	0	0	7
	(-)	4	2	17	23
	計	11	2	17	30

全体一致率:86.7 % (26/30)

陽性一致率:63.6 % (7/11)

陰性一致率:100.0 % (19/19)

抗 Jo-1 抗体

判定		従来法			
		(+)	(±)	(-)	計
新 法	(+)	4	0	0	4
	(-)	8	3	15	26
	計	12	3	15	30

全体一致率:73.3 %(22/30)

陽性一致率:33.3 %(4/12)

陰性一致率:100.0 %(18/18)

以上