

お知らせ

INFORMATION

No.2022-26

2022 年 9 月

病体生理研究所

検査内容変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をさせていただきますので、ご案内申し上げます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【変更項目】

- ◆ 25-OH ビタミン D (くる病) [16440] …検査案内 P.16 検査実施施設 M
- ◆ 25-OH ビタミン D (骨粗鬆症) [16820] …検査案内 P.16 検査実施施設 M
- ◆ カドミウム (Cd) (尿) [11864] …検査案内 P.24 検査実施施設 M
- ◆ ノロウイルス (SRSV) -RNA [14412] …検査案内 P.84 検査実施施設 M

※ 詳細は裏面参照


《実施日》：2022 年 9 月 30 日 (金) 受付分より

【変更内容】

検査項目 〔コード〕 検査案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	従来	備考
25-OH ビタミン D (くる病) 〔16440〕 P.16 M	報告上限	600 以上 ng/mL	100 以上 ng/mL	ビオチン干渉を 改良した試薬へ 変更
	備考欄	(削除)	ビオチンを 1 日 5 mg 以上投与・摂 取している患者か らの採血は、投与 後、少なくとも 8 時間以上経過して から実施してくだ さい。	
25-OH ビタミン D (骨粗鬆症) 〔16820〕 P.16 M	報告上限	600 以上 ng/mL	100 以上 ng/mL	
	備考欄	(削除)	ビオチンを 1 日 5 mg 以上投与・摂 取している患者か らの採血は、投与 後、少なくとも 8 時間以上経過して から実施してくだ さい。	
カドミウム (尿) 〔11864〕 P.24 M	検査方法	ICP-MS	原子吸光法	検査方法の変更
	所要日数	5～12 日	7～13 日	
ノロウイルス (SRSV) -RNA 〔14412〕 P.84 M	検査方法	リアルタイム RT-PCR	RT-PCR	測定試薬の変更
	所要日数	3～6 日	4～7 日	
	備考	(削除)	吐物 (2mL) でも 検査可	


【新法と旧法の相関】

25-OH ビタミン D（くる病）、25-OH ビタミン D（骨粗鬆症）



(LSI 社社内検討データ)

カドミウム（Cd）（尿）



(LSI 社社内検討データ)

ノロウイルス（SRSV）-RNA

		旧法		計
		(+)	(-)	
新法	(+)	41	1	42
	(-)	0	45	45
計		41	46	87

陽性一致率:100% (41/41)
陰性一致率:97.8% (45/46)
判定一致率:98.9% (86/87)

(LSI 社社内検討データ)

以上