

お知らせ

INFORMATION

No.2015-20
2015年5月
病体生理研究所

採取容器及び採取方法の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用頂きまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目につきまして、採取容器の変更及び採取方法の変更をさせて頂くことになりましたので、ご案内致します。

何卒ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記


【容器の変更及び採取方法の変更について】

- ◆ クラミジアトラコマチス核酸増幅同定 [12081]
- ◆ 淋菌核酸増幅同定 [15080]
- ◆ クラミジアトラコマチス抗原(男子初尿) [12399]


…P 68 (2015年版検査案内)

《次回お届け分より変更させていただきます》

【採取容器変更について】

検査項目〔コード〕頁	変更箇所	容器No.62
<p>クラミジア トラコマチス 核酸増幅同定 〔12081〕</p> <p>淋菌 核酸増幅同定 〔15080〕</p> <p>2015年版検査案内 P68</p>	<p>容器</p>	 <p>検体採取用スワブ（大）2本に、検体採取用スワブ（小）が1本つきます。</p> <p>検体採取用スワブ（小）は子宮頸管擦過検体採取のためのスワブです。綿球が小さいため、既存品での採取が困難な場合にご使用いただくことが可能です。</p> <p>ご使用に際しましては、付属の取り扱い説明書をお読みください。</p>

【採取容器及び採取方法変更について】

検査項目〔コード〕頁	変更箇所	新採取方法	新容器
<p>クラミジア トラコマチス抗原</p> <p>男子初尿 〔12399〕</p> <p>2015年版検査案内 P68</p>	<p>容器</p> <p>採取方法</p>	<p>No.33 男子初尿用 （新設）</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 検体採取の1時間前より排尿しないでください。 ② 起床時または来院時の初尿約10mLを採尿カップに採取してください。 ③ 尿を混和後、専用容器に入れ、密栓してください。 ④ 2～8℃で冷蔵保存してください。 	

以上